


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถังสนามสำหรับผสมเทียม ขนาด ๒ ลิตรขึ้นไป (ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง)


คุณลักษณะ


๑. เป็นถังทำด้วยอลูมิเนียมหรือสแตนเลส ฉนวนภายในเป็นระบบ Multilayered Insulation หรือ Super Insulation รอยต่อของถังชั้นนอกต้องหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันโดยวิธี Arc Welging ขนาดบรรจุไนโตรเจนเหลวได้ไม่ต่ำกว่า ๒ ลิตร ปากถังมีร่องสำหรับแขวน Canister, ๓ ช่อง
๒. มีฝาปิดและมีหูหิ้ว ๑ อันของตัวถัง
๓. ปากถังมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร
๔. มี Canister ชนิด ๑ ชั้น มีขอพร้อม Goblet พลาสติกสำหรับใส่หลอดน้ำเชื้อแช่แข็งไม่น้อยกว่า ๓ ชุด และ Canister แต่ละอันมีก้านโลหะสำหรับยก Goblet
๕. สามารถบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งชนิด Ministraw (๐.๒๕ ซีซี) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หลอด
๖. อัตราการระเหยของไนโตรเจนเหลวไม่เกิน ๐.๑๖ ลิตรต่อวัน
๗. ถังเมื่อบรรจุไนโตรเจนเหลวแล้ว มีน้ำหนักไม่เกิน ๕ กิโลกรัม
๘. คำแนะนำการใช้ถังเป็นภาษาไทย ติดบริเวณฝาถังหรือตัวถังตามความเหมาะสม
๙. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนถังที่เสียหายได้สภาพการใช้งานปกติ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดอุบลราชธานีแจ้งให้ทราบ หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายยังไม่ส่งมอบ ถังใบใหม่ทดแทนถังที่เสีย จังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินการปรับอัตราร้อยละ ๑๐ ของราคาถังต่อวัน จนกว่าจะได้รับมอบถังใบใหม่
๑๐. ส่งมอบพร้อมกระเป๋าใส่ถังสนาม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


.....ประธานกรรมการ
(นายสายฝน วงษาทุม)


.....กรรมการ
(นายสุพจน์ รสจันทร์)


.....กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายคมสิทธิ์ กิติพิเชฐสรร์)